

婦人科外来内診台一式 調達要件仕様書

1 調達物件名 婦人科外来内診台一式
2 調達物品及び構成内容 ① 内寢台本体、器械掛け（クスコ掛け）、搬入・搬出費、検診台用排水トラップ
3 調達物品に備えるべき技術的要件
3-1 フットスイッチがコードレスであること。
3-2 フットスイッチの操作ボタンは各機能カラーで色分けされており、立体的な操作ボタンを採用していること。
3-3 支脚器の開閉、安静体位ボタン、背の上下、開脚停止を操作できる操作スイッチを本体背板側面に有すること。
3-4 受診者の頭を動かさずに腰部のみを挙上させることができること。
3-5 検診台が自動で動作するときに音声で案内する音声案内機能を有すること。
3-6 マットレスは縫い目のないシームレスタイプであること。
3-7 安静体位時には、アームレストと支脚器が落下防止の柵となること。
3-8 安静体位時には両足に隙間なくフルフラットにできること。
3-9 汚水ロートは乗降時には本体内部に完全に収納され、患者に見えない構造であること。
3-10 汚水ロートは診察体位時にフットスイッチの操作にて本体内部に出し入れできること。
3-11 座面はフラットであること。
3-12 乗降時の最低位が43センチであること。
3-13 回転角度が0°～120°まで設定できること。
3-14 診察体位を2ポジション記憶できること。
3-15 アームレストは必要に応じてワンタッチで跳ね上げができること。