

高周波手術装置 一式 調達要件仕様書

1 調達物件名 高周波手術装置 一式
2 調達物品及び構成内容 ① 高周波手術装置、超音波バイポーラ手術置、エナジーカート、ワイヤレスフットスイッチ、ダブルペダルフットスイッチ、シングルペダルフットスイッチ
3 調達物品に備えるべき技術的要件
3-1 高周波手術装置の仕様は、以下の要件を満たすこと。 3-1-1 高周波機能はモノポーラとバイポーラを有すること。 3-1-2 最大出力は320Wであること。 3-1-3 質量は12kg以上であること。 3-2 超音波バイポーラ手術装置の仕様は、以下の要件を満たすこと。 3-2-1 周波数は47kHzであること。 3-2-2 質量は9kg以上であること。 3-3 エナジーカートの仕様は、以下の要件を満たすこと。 3-3-1 外形寸法は515mm×1200mm×620mm以下であること。 3-3-2 質量は55kg以下であること。 3-4 ワイヤレスフットスイッチの仕様は、以下の要件を満たすこと。 3-4-1 高周波手術装置に接続可能であること。 3-4-2 外形寸法は400mm×50mm×220mm以下であること。 3-5 ダブルペダルフットスイッチの仕様は、以下の要件を満たすこと。 3-5-1 高周波手術装置に接続可能であること。 3-5-2 外形寸法は400mm×50mm×220mm以下であること。 3-5-3 ケーブル長は4000mm以下であること。 3-6 シングルペダルフットスイッチの仕様は、以下の要件を満たすこと。 3-6-1 高周波手術装置に接続可能であること。 3-6-2 外形寸法は155mm×40mm×165mm以下であること。 3-6-3 ケーブル長は4000mm以下であること。