

ディスポーザブルバルブ粉碎機 一式 調達要件仕様書

1 調達物件名
ディスポーザブルバルブ粉碎機 一式
2 調達物品及び構成内容
① ディスポーザブルバルブ粉碎機一式
② 機材導入費
3 ディスポーザブルバルブ粉碎装置は、以下の要件を満たしていること
3-1 装置本体の構造に関し、以下の要件を満たしていること。
3-1-1 装置本体の外形寸法は、幅400×奥行510×高さ975mm以内であること。
3-1-2 装置質量は、タンク満水時70kg未満であること。
3-1-3 槽材質がSUS304であること。
3-1-4 装置正面外装の材質がプラスチック樹脂製であること。
3-1-5 必要設備として、給水、排水、電源（100V）で稼働可能であること。
3-2 装置の機能に関し、以下の要件を満たしていること。
3-2-1 装置本体はメーカーが推奨するディスポーザブルバルブ及び排泄物を粉碎処理し、自動的に排水管に排出されること。
3-2-2 ディスポーザブルバルブを1度に1～2個処理が可能であること。
3-2-3 1度の運転時間は、65秒未満であること。
3-2-4 装置に接触することなく、操作が可能であること。
3-2-5 フットセンサーの操作により扉の開閉操作ができる機能を有すること。
3-2-6 扉を閉める際は運用にお応じて、上部の光センサーと下部のフットセンサーの操作と、扉が開いてから何秒後に自動で閉まる3種類の設定から選択することが出来ること。
3-2-7 扉が閉まると、自動で運転開始する機能を有すること。
3-2-8 扉を閉める際に、扉が障害物を検知するとムリに閉じることなく開く機能を有すること。
3-2-9 自社が推奨するディスポーザブルバルブを粉碎しながら排出することで、配管が詰まるリスクを低減する機能を有すること。
3-2-10 装置のエラーを解除する際に、電源ON/OFF操作によるエラーリセットが可能であること。
3-2-11 薬剤を自動投入し槽内を洗浄する機能を有すること。
3-2-12 異常発生時は、エラー内容を表示する機能を有すること。
3-2-13 専用架台を使用し、設置スペースをW400×D510以内に収めること。
3-3 装置のアフターフォローに関し、以下の要件を満たしていること。
3-3-1 カスタマーサービスの為、自社営業拠点が10拠点以上、自社及び自社グループ会社のメンテナンス拠点が30拠点以上あること
4 推奨するディスポーザブルバルブは、以下の要件を満たしていること。
4-1 推奨するディスポーザブルバルブは、以下の要件を満たしていること。
4-1-1 ディスポーザブルバルブ容器が10種類以上あること。
4-1-2 ディスポーザブルバルブの男性用尿器は国内産であること。